

Address Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland
 Mail address P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland
 Phone +41-44-729 62 11
 Fax +41-44-729 66 36
 Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, Clearing 4835
 Account No. 370501-21-90 CHF/BAN CH71 0483 5037 0501 2109 0

www.mtpro.com

Declaration of conformity Konformitätserklärung Déclaration de Conformité



We
Wir
Nous

Mettler-Toledo AG, Process Analytics

Im Hackacker 15
8902 Urdorf
Switzerland Schweiz Suisse

declare under our sole responsibility that the product,
erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt,
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,

Description
Beschreibung
Description

M300 Multi 2Channel 1/4DIN
M300 Cond/Res 2 Channel 1/4DIN
M300 Cond 1 Channel 1/4DIN
M300 Cond/Res 1 Channel 1/4DIN
M300 DO 1 Channel 1/4DIN
M300 pH/ORP 1 Channel 1/4DIN
M300 Flow 4 Channel 1/4DIN
M300 Flow 1 Channel 1/4DIN

M300 Multi 2Channel 1/2 DIN
M300 Cond/Res 2 Channel 1/2 DIN
M300 Cond 1 Channel 1/2 DIN
M300 Cond/Res 1 Channel 1/2 DIN
M300 DO 1 Channel 1/2DIN
M300 pH/ORP 1 Channel 1/2DIN
M300 Flow 4 Channel 1/2DIN
M300 Flow 1 Channel 1/2DIN

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s).
auf welches sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder Richtlinie(n) übereinstimmt.
auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou au(x) document(s) normatif(s).

**Low-voltage directive/
Nieder-spannungs-Richtlinie/
Directive basse tension**

73/23/EEC, 98/68/EEC

**Standard
Norm
Standard**

EN 61010 Teil 1:2001

**EMC Directive /
EMV-Richtlinie
Directive concernant la CEM**

89/336/EEC, 92/31EEC

**Standard
Norm
Standard**

EN 61326 :1997 + A1 :1998 + A2 :2001 + A3 :2003
(IEC 61000-3-2 :2000, IEC 61000-3-3 :1995+A1 :2001, IEC 61000-4-2 :2001, IEC 61000-4-3 :2002, IEC 61000-4-4 :2004, IEC 61000-4-5:2001, IEC 61000-4-6:2004, IEC61000-4-11:2004)

Mettler-Toledo AG, Process Analytics

Waldemar Rauch
General Manager PO Urdorf

Thomas Hösl
Head of Operation and R&D

**Place and Date of issue/
Ausstellungsort und Datum/
Lieu et date d'émission**

Urdorf, 24.10.2007

This Original may not be copied, as subject to technical changes
Diese Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsdienst unterliegt
Ce original ne doit pas être copier, sujet de changement technique

CE_M300_oct07_int.doc